

MWF90-370-\* KTX85

K: Sondermessbereich

T: 5m Kabel fest angeschlossen

X85: Sonderabmessungen

Walzenmantel: Alu, bandgeschliffen Rz8-12µm

Messelement: ZAK-\*-KTX50

ZAK-\*-KTX50


K: Sondermessbereich

T: 5m Kabel fest angeschlossen

X50: Sonderabmessungen

\*Nennkraft: 200N / 500N / 1000N

Empfindlichkeit: 0,75mV/V



V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung

2	19.11.25	Ki	Nennkräfte hinzu	
Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Preuss	02.09.2014		
Geprüft				
Werkstoff:				
Überflächenbeh.:	-			SW
Bemerkung:	-			Ersetzt durch: -
Benennung:				
MWF90-370-* KTX85				
Projektions-Methode 1 ISO 128	⊕			
Blatt: 1/1	Gewicht: 6.89kg		Format: A3	

**HAEHNE** Elektronische Messgeräte GmbH  
Heinrich-Hertz-Str. 44  
D-40699 Erkrath  
Tel: 0211/92591-0  
<http://www.haehne.de>

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalten ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.